



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, Республике

Карелия" (ФБУ "Тест-С.-Петербург") RA.RU.311483

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего поверку

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-СП/10-12-2025/487837804

Действительно до 09.12.2026

Средство измерений

Спектрофотометры; Экювью; Уф-1800К; 93727-24

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

25-1800-002

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

-

поверено

В полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

РГ-МП-445-03-2024

или которые исключены из поверки

с применением эталонов:

22054-01 Комплекты светофильтров КС-105 Х60017 2004 Рабочий эталон Приказ от 27.11.2018 №2517

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

при следующих значениях влияющих факторов:

атмосферное давление 100,7 кПа, относительная влажность воздуха 52,9 %, напряжение питающей сети

перемены влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

220 В, температура окружающего воздуха 22,9 °С, частота питающей сети 50 Гц

*и на основании результатов поверки признано пригодным к применению.*

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/487837804>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

487837804

Поверитель

Баранова И.Д.

Фамилия, инициалы

Знак поверки:



Заместитель генерального директора

должность руководителя или другого уполномоченного лица

Дата поверки

10.12.2025



Р.В.Павлов  
Фамилия, инициалы